



医用及类似用途电检测实验室

推荐设备配置

依据 GB9706.1 要求而编制，主要针对标准中对安全性能、电参数性能、产品设计合理性和产品结构的可靠耐用等几方面进行测试评估，以便企业对产品进行设计和工艺改进提供依据，同时也是质检部门对产品检测和认证的判别依据。

序号	设备名称	技术参数和说明
1	电源线拉扭试验机	GB9706.1 第 57.4 条要求。
2	电线电缆弯曲试验机	GB9706.1 第 57.4 要求。
3	扭力螺丝刀	GB9706.1 第 56.10 条要求
4	跌落试验机	GB9706.1 第 21.5、21.6 条要求
5	绕组温升测试仪	GB9706.1 第 52.5.8 和 10 条要求
6	接地电阻测试仪	GB9706.1 第 18 条要求；
7	绝缘电阻测试仪	GB9706.1 要求；
8	功率测试仪	GB9706.1 第 7 条要求；
9	耐压测试仪	GB9706.1 第 20 条要求；
10	弹簧冲击器	GB9706.1 第 21 条要求。
11	标准试验角	GB9706.1 第 42.3 条要求。
12	防误插入及接触顺序试验台	GB9706.1 要求。
13	标准试验指、针、钩	GB9706.1 要求。
14	标准试验棒	GB9706.1 第 16 条要求
15	球压试验装置	GB9706.1 要求。
16	把手拉力试验机	GB9706.1 第 21 条要求。
17	灼热丝试验机	GB9706.1 第 42.1 条及 GB5169 要求。
18	漏电起痕试验机	GB9706.1 第 42.1 条及 GB4207 要求。
19	水平-垂直燃烧试验机	GB9706.1 第 42.1 条及 GB5169 要求。
20	针焰试验机	GB9706.1 第 42.1 条及 GB5169 要求。
21	防滴水试验设备	GB9706.1 和 IPX1、2 要求。
22	防淋水试验装置	GB9706.1 和 IPX3、4 要求。
23	防浸水试验装置	GB9706.1 要求。
24	推拉力计	GB9706.1 第 56.10 条要求

珠海市华科检测设备有限公司

电话：0756-3371717 3371617 3371417 3371217

传真：0756-3371317

HTTP: www.hke17.com

地址：广东·珠海吉大工业区景园路德光大厦 501-518