

紫外线老化试验箱维护和保养要求

东莞宏力仪器：是专业生产和设计与维修·安装·调试·保养恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,紫外光（线）老化试验箱,冷热冲击试验箱,步入式环境试验室，老化房，淋雨试验箱,砂尘试验箱,高温试验箱，老化试验箱，烤箱/干燥箱/烘箱，快速温变试验箱，砂尘试验箱，氙灯耐候试验箱，模拟运输振动台,,盐水喷雾试验机，耐黄试验机，拉力试验机，温度湿度振动三综合试验箱，真空烘箱,跌落试验机等环境检测仪器。

紫外线老化试验箱维护和保养要求

- 1.实验室保持干燥环境；
- 2.绝对禁止设定温度超过本设备规定最高温度；
- 3.保持箱体外观整洁；避免粉尘侵入箱体；
- 4.避免外力撞击箱体；
- 5.禁止化学品接触本设备；
- 6.设备的废水排放系统必须安装到位；
- 7.试验结束之后，将整机电源切断；
- 8.每次试验结束之后，要将样品取出，设备内胆清理干净；
- 9.电源线是否依照规格妥善连接，并确实接地；
- 10.检查超温保护器，是否已设定好（出厂时已调好，一般无需调整）；
- 11.实验室内应安装换气风机，保持室内通风；
- 12.每次开机前先检查一遍电路控制系统；
- 13.电源及接地线之确认；
- 14.喷淋试验时要注意观察水箱的水位，及时补充纯净水；
- 15.严禁非专业人员操作本设备。