

Mouse Anti-Human IgG (h+1) *GOLD 使用说明书

一、 试剂成分:

25nm 左右胶体金标记小鼠抗人 IgG (H+L)、稳定剂、防腐剂、BSA。

二、 使用方法:

不同实验建议使用比例分别是:

- 1、免疫组化及免疫病理: 1: 25-50
- 2、免疫印迹 1: 25-150
- 3、基因探针检验 1: 50-100

*稀释比例可依据自己实验选择更合适的浓度;免疫层析膜显色建议金液经由膜一端流向另一端,这样做反应比较充分灵敏度极高。

三、 注意事项:

- 1、虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可以使用,但还是强烈建议您
在管体规定的有效期内正确使用。
- 2、请不要在脏乱和强光环境中频繁取用,以免造成污染和失效。
- 3、如果一次使用很少可以将其适当分装后使用,这样可以有效的防止试剂
污染。
- 4、稀释液建议使用含有 0.5%-1%BSA 或 5-10%牛血清的 PBS-T。

四、 批号和有效期:

请查看管体标签。

五、 保存条件:

2-8℃避光保存。

六、 包装规格:

1ml